

# 美艾利爾 N 端 B 型利鈉肽前驅物檢驗試劑組 回收警訊

許可證字號：衛部醫器輸字第 032126 號

產品英文名稱：Alere NT-proBNP

受影響規格/型號：

名稱描述	型號	批號
Alere NT-proBNP for ARCHITECT Controls	2R10-10	902922185

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：

受影響型號/批號產品將隨著時間發生產品安定性問題。在原廠的安定性模型測試中，預測該產品在保存期限到期之前，將得到非接受範圍內之檢測結果。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型號/批號產品共 7 組，美艾利爾健康股份有限公司已於 108 年 4 月 30 日完成通知受影響客戶，請其立即停止使用並進行產品銷毀。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：美艾利爾健康股份有限公司

聯絡電話：02-25706669#821 黃小姐

相關警訊來源(網址)：

英國 MHRA：<https://mhra.filecamp.com/public/file/3poy-2duddogq>